

# SESI - Serviço Social da Indústria

Unidade - Caruaru

10/07/2025

**ID:** 2345 **ID alternativa:**  
**Nome:** MENEZES, NIELTON MAGALHAES  
**Idade:** 42 (15/03/1983) **Data do exame:** 10/07/2025 10:28  
**Sexo:** Masculino **Origem:** Não Caucasiano **Fator:** 100  
**Altura:** 171 cm. **Peso:** 85.0 kg. **Fumante:** 0  
**Indicado por:**  
**Profissão:**

## Medicação:

CV	VEF1	CVF	PFE	VAR	Qualidade	Hora	Data
	2.81	3.70	7.30		Sopro Curto.	10:28	10/07/2025

*Critérios ATS/ERS (2005): Número insuficiente de bons testes, pelo menos 3 bons sopros serão necessários.*

*Critérios ATS/ERS (2005): Os testes não atendem aos padrões de repetitividade para CVF.*


*Critérios ATS/ERS (2005): Os testes não atendem aos padrões de repetitividade para VEF1.*

Variação baseada em VEF1 + CVF


Índice	Pré BD	%Prev	Pós 1	%Prev	Varição	[Min	Prev	Max]	Unids
VEF1	2.81	72				3.17	3.93	0.00	l
CVF	3.70	77				3.89	4.79	0.00	l
PFE	7.30	66				8.46	11.13	13.80	l/s
VEF1/CVF	76					75	82	0	%
VEF1/VEF6	76	92				76	83	0	%
FEF25-75	2.20	56				2.31	3.92	5.52	l/s
FEF25-75/CVF	59	72				53	83	113	/s
VIF1									l
TEF	5.78								s

Valores previstos: Pereira 2006 (adulto); Mallozi 1996 (criança)  
 Resultados em BTPS.

## Melhor gráfico de Fluxo Volume



## Melhor gráfico de Volume Tempo



## Notas do Exame:

**ID:** 2345  
**Nome:** MENEZES, NIELTON MAGALHAES

**Data do exame:** 10/07/2025 10:28

Operador: \_\_\_\_\_ Médico: \_\_\_\_\_